




TROD angine : mode opératoire





Interprétation des résultats



POSITIF

Deux bandes colorées rouges sont visibles au niveau de la zone test et de la zone contrôle.



NÉGATIF

Une seule bande colorée rouge apparaît au niveau de la zone contrôle.



INVALIDE

Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone contrôle, le test n'a pas fonctionné correctement. Il faut recommencer le test.